Contrôle conformité

numéro de suivi : dossier n°54

PROFESSIONNEL

Établissement de démonstration
12 rue de l'Exemple 99999 Démoville
04 65 71 00 00

contact@etablissement-demo.example
SIRET : fictif

BÉNÉFICIAIRE

non nominatif (art. 5.5)

correspondance tenue dans le dossier de l'usager
Prescripteur : aucun

Dispositif

Poignée de frein rallongée
Description : Rallonge qui se clipse sur la poignée de frein des fauteuils de prêt de l'établissement.
Fonctionnalités : Serrer et desserrer le frein d'une main, sans se pencher ; rester en place pendant les transferts ; se monter sur tous les fauteuils de prêt du service.
Dispositif associé : Fauteuils roulants de prêt de l'établissement
Numéro de série du dispositif associé : /



Démonstration

Rappel des actions préventives de l'analyse de risques

IL PEUT CASSER	PETG, remplissage 40 %, parois 1,6 mm / Vérifier le serrage du frein avant chaque transfert.
IL PEUT SE DESSERRER OU GLISSER	Clip ajusté au diamètre mesuré de la poignée / Si la rallonge glisse, la retirer et prévenir l'atelier.

Informations fabrication

Machine utilisée : A1 mini de démonstration

DATE DE FABRICATION	19/08/2026	HAUTEUR DE COUCHE	0,2 mm
NOM DU SITE DE FABRICATION	Établissement de démonstration	ÉPAISSEUR PAROIS	1,6 mm
VÉRIFICATEUR	Camille Démo, ergothérapeute	TAUX DE REMPLISSAGE	40 %

Post-traitement

- Retrait des supports
- Ébavurage

Vérifications qualité

- Les dimensions mesurées conviennent
- Pas d'arêtes vives ni bavures
- Couches bien soudées (pas de délaminage)
- Ajustement essayé sur le dispositif ou auprès du patient

Vérification matériaux

MATÉRIAU PRÉVU (CDC)	PETG	COULEUR PRÉVUE (CDC)	Rouge
MATÉRIAU CONSTATÉ (BOBINE)	PETG	COULEUR CONSTATÉE (BOBINE)	Rouge
BOBINE UTILISÉE	DEM-PETG-002 (PETG Rouge)	COMPATIBLE CONTACT ALIMENTAIRE	Non

Cotes attendues et mesurées

DIAMÈTRE DE LA POIGNÉE D'ORIGINE	Attendu : 22 mm	Mesuré : 22,1 mm
LONGUEUR DE LA RALLONGE	Attendu : 120 mm	Mesuré : 119,6 mm
COMMENTAIRE	Essayée sur les fauteuils de prêt du service.	

Démonstration

Contrôle conformité réalisé par Camille Démo, ergothérapeute suite à la fabrication du 20/08/2026.